

政府采购进口产品申请核准表

申报时间：2022.7.8


编号：

基 本 情 况	申请单位（采购单位）	绍兴市中医院		
	联系人	王鑫卫	联系电话	13732497331
	拟进口的产品名称	全自动发药系统等 4套设备	采购目录	
	数 量	4	金 额	890万元
	采购产品所属项目名称	医疗设备		
情 况	所属目录（应在括号里注明具体产品品目）：			
	<input type="checkbox"/> 国家鼓励进口产品（	）		
	<input type="checkbox"/> 国家限制进口产品（	）		
	<input type="checkbox"/> 经全省统一论证的产品品目（	）		
	<input checked="" type="checkbox"/> 其他（	）		
申 请 单 位 意 见	申请理由： <input type="checkbox"/> 1.中国境内无法获取或无法以合理的商业条件获取； <input type="checkbox"/> 2.在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 3.其他（请在意见阐述中注明）			
	意见阐述：为了满足临床学科建设，提高诊疗水平，希望通过政府采购公开招标形式采购全自动发药系统、环氧乙烷灭菌器（带自动解析功能）、低温等离子灭菌器、前庭功能检查系统共4套设备。从患者需求、医院科研、教学需要、医疗安全等多个角度考虑，并通过专家论证（附专家论证意见），特申请采购上述设备为进口品牌。望请批准！ <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> 经办人： </div> <div style="text-align: center;"> 单位负责人： 2022年7月8日 单位盖章  </div> </div>			

进口产品专家论证表

序号	设备名称	预算金额 (万元)	进口理由
1	全自动发药系统	450	<p>自动发药系统是用于门诊药品自动存储、快速发放和精细管理的自动化设备。目前，进口产品与国产产品相比，进口产品具有：1. 设备运行稳定性高，故障率低；2. 药品发放的准确性高；3. 辅助功能先进等优势。</p> <p>国内虽然有类似功能的设备生产，但精度与稳定性尚有差距。综上所述，建议允许采购进口产品。</p>
2	环氧乙烷灭菌器（带自动解析功能）	150	<p>环氧乙烷气体是对湿热敏感的医疗器械和物品进行低温灭菌，具有一定毒性和危险性。对设备的安全性要求较高。进口产品在密闭性、抽真空能力、防火安全、灭菌时间等方面具有优势。</p> <p>国产同类产品性能方面尚未成熟，设备的安全性、稳定性、准确性，以及灭菌时间方面与进口产品存在较大的差距。</p> <p>综上所述，建议允许采购进口产品。</p>
3	低温等离子灭菌器	220	<p>过氧化氢低温等离子灭菌器用于不能采用高温高压消毒灭菌的带有盲端的器械、结构复杂的腔镜、高值耗材等产品的灭菌。进口设备具有兼容性强，敏感度高，残留少，灭菌效果好，安全稳定等效果，对手术器械和操作人员的保障性更强。</p> <p>进口设备生产标准高，性能稳定，质量好。</p> <p>为保障临床器械物品的消毒灭菌效果、病人安全等因素，建议允许采购进口产品。</p>
4	前庭功能检查系统	70	<p>前庭功能检查系统用于神经内科眩晕症诊断，进口产品的性能稳定性、检查结果数据准确性优于国产产品，建议允许采购进口产品。</p>

专家签字：



2022年7月8日